
Kalibriergase von PanGas/Linde

ISO

Metrologische Eigenschaften

Referenzmaterialien

Akkreditierung als Hersteller von Referenzmaterialien SRMS 004

ISO
Guide 34

- Direkt rückführbar auf SI-Basiseinheit (kg)
- Analytische Verifizierung gegen international akzeptierte Standards
- Rel. Messunsicherheit $\geq 0,5\%$

Gemische mit SCS-Zertifikat

Akkreditierung als Kalibrierlabor SCS 023

ISO 17025
ISO 6142-1

- Rückführbar auf international akzeptierte Standards (BAM, NMI, NPL,...)
- Rel. Messunsicherheit $\geq 0,5\%$

Gasgemisch, analysiert

QM-Zertifizierung PanGas

ISO 9001

- Rückführbar auf Interne Normale
 - Rel. Analysentoleranz 2%
-