
Gaz d'étalonnage de PanGas/Linde

ISO

Propriétés métrologiques

Matériaux de référence

Accréditation à titre de producteur de matériaux de référence SRMS 004

ISO
Guide 34

- Traçable directement à l'unité SI de base (kg)
- Vérification analytique selon des normes acceptées au niveau international
- Incertitude de mesure rel. $\geq 0,5\%$

Mélanges avec certificat SCS

Accréditation comme laboratoire d'étalonnage SCS 023

ISO 17025
ISO 6142-1

- Traçable à des standards acceptés au niveau international (BAM, NMI, NPL, ...)
- Incertitude de mesure rel. $\geq 0,5\%$

Mélange de gaz analysé

Certification QM de PanGas

ISO 9001

- Traçable à des étalons internes
 - Tolérance d'analyse rel. 2%
-