



Zertifikat.  
Certificate.

**Konformitätserklärung nach ISO/IEC 17050-1:2004**

Certificate of Conformity according to ISO/IEC 17050-1:2004

**Nr:** De-Konf-1212  
**Name des Ausstellers:** Linde GmbH, Linde Gas  
Name of Issuer:  
**Anschrift des Ausstellers:** Seitnerstraße 70, D-82049 Pullach  
Address of Issuer:  
**Gegenstand der Erklärung:** Prüfgas in HiQ<sup>®</sup> MINICAN  
Product of declaration: 15 % Kohlendioxid, 0,3 % Kohlenmonoxid, Rest Stickstoff  
Calibration gas in Linde MINICAN<sup>®</sup> 15% carbon dioxide, 0.3% carbon monoxide, balance nitrogen

Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente:  
The above described product conforms to the requirements of the following documents:

<b>Dokument:</b> Document:	<b>Titel:</b> Title:	<b>Ausgabe/Ausgabedatum:</b> Date of issue:
CS-Prüfplan Produktdatenblatt	AA-DE-0611 Prüfgas in HiQ <sup>®</sup> MINICAN 15 % Kohlendioxid, 0,3 % Kohlenmonoxid, Rest Stickstoff Calibration gas in Linde MINICAN <sup>®</sup> 15% carbon dioxide, 0.3% carbon monoxide, balance nitrogen	21.04.2008 21.04.2008

[www.linde-gase.de/produkte](http://www.linde-gase.de/produkte)

**Zusätzliche Angaben:**  
Additional Specifications:

**Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen.**  
Specifications are always based on ideal gas volumes (mole/mole).

**Ort, Ausstellungsdatum**

Location, Date: Unterschleißheim, 06.07.2022

Dr. Mathias Kranz  
Vice President BU Onsite & Bulk Germany

Dr. Philipp Beckmann  
Executive Director BU Packaged Gases Germany

Änderungen vorbehalten

