



Zertifikat.  
Certificate.

## Konformitätserklärung nach ISO/IEC 17050-1:2004

Certificate of Conformity according to ISO/IEC 17050-1:2004

**Nr:** De-Konf-1109  
**Name des Ausstellers:** Linde GmbH, Linde Gas  
Name of Issuer:  
**Anschrift des Ausstellers:** Seitnerstraße 70, D-82049 Pullach  
Address of Issuer:  
**Gegenstand der Erklärung:** Xenon 5.0  
Product of declaration: Xenon 5.0

Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente:  
The above described product conforms to the requirements of the following documents:

<b>Dokument:</b> Document:	<b>Titel:</b> Title:	<b>Ausgabe/Ausgabedatum:</b> Date of issue:
CS-Prüfplan	AA-DE-0611	
Produktdatenblatt	Xenon 5.0	24.05.2022
	Xenon 5.0	02.05.2011

[www.linde-gase.de/produkte](http://www.linde-gase.de/produkte)

**Zusätzliche Angaben:**  
Additional Specifications:

N <sub>2</sub>	≤ 1
O <sub>2</sub>	≤ 0,5
H <sub>2</sub> O	≤ 2
KW	≤ 0,5
H <sub>2</sub>	≤ 1
Ar	≤ 1
Kr	≤ 1
CF <sub>4</sub> + C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	≤ 2
CO + CO <sub>2</sub>	≤ 1

**Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen.**  
Specifications are always based on ideal gas volumes (mole/mole).

**Ort, Ausstellungsdatum**

Location, Date                      Unterschleißheim, 06.07.2022

Dr. Mathias Kranz  
Vice President BU Onsite & Bulk Germany

Dr. Philipp Beckmann  
Executive Director BU Packaged Gases Germany

Änderungen vorbehalten